

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



TD 8201 Sp

SpO2 Bereik	: 0 % tot 100 %
SpO2 Meetmethode	: duale golflengte LED
SpO2 Nauwkeurigheid	: 80 tot 100% , ± 2 % 70 tot 79 % , ± 3 %
SpO2 Resolutie	: 1 %
Hartslag (HS)bereik	: 30-250 slagen /min.
HS nauwkeurigheid	: ± 1 % of 1 slag/min als HR <100/min
Alarm	: hoog /laag instelbaar
Waterresistentie	: IPX2, waterspatten
Schokresistentie	: 1 meter val shockproof
Voeding	: 4 x AA

Indien u vragen heeft over deze SpO2-Hartslagmeter , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085-0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com